

**RAPORT¹ TEHNICO-ECONOMIC PRIVIND
INSTALATIA DE INTERES NATIONAL****1. CARACTERISTICI GENERALE**

Pentru fiecare IIN [instalatie de interes national] se va prezenta gestiunea pe activitati, bazata pe:

1. analiza activitatilor care asigura functionarea IIN si a serviciilor specifice catre potentialii clienti;
2. evidentierea modului de constituire (formare) a costurilor;
3. analiza valorii adaugate serviciilor specifice realizate.

Analiza costului pe activitati este un sistem de contabilitate analitica, construit in jurul conceptului de proces/activitate pentru fundamentarea modului de constructie a costului complet specific pentru IIN². Prin evidentierea modului de constituire a costului complet specific IIN se au in vedere asigurarea intretinerii, functionarii si exploatarii IIN, pe baza proceselor / activitatilor specifice, in vederea luarii deciziei privind asigurarea finantarii si cuantumul acesteia.

Calculatia costurilor urmareste:

1. identificarea activitatilor si a costurilor aferente³;
2. calculul costului lucrarilor, serviciilor specifice realizate⁴;

¹ Comisia din cadrul ANCSI va analiza modul in care sunt structurate costurile directe si indirecte asociate intretinerii, functionarii si exploatarii IIN

² in vederea luarii deciziei privind asigurarea finantarii si cuantumul acesteia

³ activitatea reprezinta un eveniment sau tranzactie purtatoare de costuri si care se comporta ca un factor tipic in formarea costurilor dintr-o IIN; numarul de activitati dintr-o IIN depinde de complexitatea operatiilor, cu cat operatiile sunt mai complexe cu atat creste numarul de activitati purtatoare de costuri.

⁴ analiza privind performanta acestora, cu accent pe: identificarea clientilor potentiali; determinarea "contribuabililor reali" la performanetele financiare si de vizibilitate; previzionarea corecta a costurilor si resurselor legate de volumul serviciilor si structura organizationala; identificarea cauzelor performantelor slabe/bune; urmarirea activitatilor si proceselor.

2. STRUCTURA RAPORTULUI

2.1 INFORMATII PRIVIND UNITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE

a. denumirea	Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
b. statut juridic	Institut Național de Cercetare-Dezvoltare
c. actul de înființare	H.G. nr. 1312 din 1996
d. modificări ulterioare	H. G. nr. 1400/2005, H. G. nr. 1006/2015
e. director general/director	C.S. I Dr. Ionuț Marius Enculescu
f. adresă institut	Str. Atomiștilor nr. 405A, cod poștal 077125, Măgurele, jud. Ilfov
g. telefon	021-3690185
h. fax	021-3690177
i. e-mail	director@infim.ro

2.2 INFORMATII PRIVIND INSTALATIA DE INTERES NATIONAL

a. director / responsabil	C.S. I Dr. abil. Cristian Mihail Teodorescu
b. adresă	Str. Atomiștilor nr. 405A, cod poștal 077125, Măgurele, jud. Ilfov
c. telefon	0724-291045
d. fax	021-3690177
e. e-mail	teodorescu@infim.ro

2.3 VALOAREA INSTALATIEI DE INTERES NATIONAL

Total:	18.443.030		LEI
din teren	0		LEI
care:			
cladiri	0		LEI
echipamente	18.443.030		LEI
altele	0		LEI

Se va preciza daca IIN in 2017 a fost reevaluată si care a fost valoare in anul 2016
Instalația a fost re-evaluată în 2017 prin includerea unor noi echipamente achiziționate ulterior și raportarea la cursul actual al Euro (valoare actuală 3.956.543 Euro). Valoarea estimată în 2016 a fost de 12.384.225 lei (2.752.050 Euro).

2.4 SUPRAFATA INSTALATIEI DE INTERES NATIONAL⁵

Total:	262,7	mp	
din teren	0	mp	
care:			
cladiri	262,7	mp	
din birouri			0 mp
care:			

⁵ conform actului administrativ de delimitare a spatiilor alocate IIN

	spatii tehnologice	262,7	mp
	altele (se detaliaza)	0	mp

2.5 DEVIZ POSTCALCUL ANUL 2017

- 1 Cheltuieli cu personalul, total, din care: 177.440
 - 1.a. Salarii directe 144.846
 - 1.b. Contributii aferente cheltuielilor cu salariile, total, din care : 32.594
 - 1.b.1. CAS 22.886
 - 1.b.2 Contributii pt.concedii si indemnizatii 1.230
 - 1.b.3 Somaj 221
 - 1.b.4 CASS 7.532
 - 1.b.5 Asigurari accidente de munca si boli profesionale 364
 - 1.b.6 Fond garantii si creante 361
 - 1.c. Cheltuieli cu deplasarile 0
- 2 Cheltuieli cu materiile prime si materialele, total, din care : 16,074,34
 - 2.a. Cheltuieli cu materiile prime 4,209,03
 - 2.b. Cheltuieli cu materialele consumabile, inclusiv materialele auxiliare, combustibili utilizati direct pt. IIN, piese de schimb. 0
 - 2.c. Cheltuieli privind obiectele de inventar 0
 - 2.d. Cheltuieli privind materialele nestocate 0
 - 2.e. Cheltuieli cu energia, apa si gazele utilizate direct pt. I.I.N. 11,865,31
- 3 Cheltuieli cu serviciile prestate de terti, total, din care :0
 - 3.a. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, inclusiv amenajarea spatiilor 0
 - 3.b. Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii 0
 - 3.c. Cheltuieli cu transportul de bunuri 0
 - 3.d. Cheltuieli postale si de comunicatii 0
 - 3.e. Cheltuieli cu servicii pentru teste, analize, masuratori etc. 0
 - 3.f. Cheltuieli cu serviciile informatice 0
 - 3.g. Cheltuieli cu servicii de expertiza, evaluare, asistenta tehnica etc. 0
 - 3.h. Cheltuieli cu serviciile de intretinere a echipamentelor 0
 - 3.i. Cheltuieli cu alte servicii strict necesare pentru I.I.N. 0
- 4 Total cheltuieli directe (1+2+3) 193.514,34
- 5 Cheltuieli indirecte (regie) 7.840,66

5.1. Cheltuieli de regie generala 7.840,66

TOTAL CHELTUIELI (4+5) 201.355

2.6 DEVIZ ESTIMATIV ANUL 2018

1 Cheltuieli cu personalul, total, din care: 429.979

1.a. Salarii directe 350.000

1.b. Contributii aferente cheltuielilor cu salariile, total, din care : 79.979

1.b.1. CAS 55.300

1.b.2 Contributii pt.concedii si indemnizatii 2.975

1.b.3 Somaj 1.750

1.b.4 CASS 18.200

1.b.5 Asigurari accidente de munca si boli profesionale 879

1.b.6 Fond garantii si creante 875

1.c. Cheltuieli cu deplasările 0

2 Cheltuieli cu materiile prime si materialele, total, din care : 100.000

2.a. Cheltuieli cu materiile prime 0

2.b. Cheltuieli cu materialele consumabile, inclusiv materialele auxiliare, combustibili utilizati direct pt. IIN, piese de schimb. 70.000

2.c. Cheltuieli privind obiectele de inventar 0

2.d. Cheltuieli privind materialele nestocate 0

2.e. Cheltuieli cu energia, apa si gazele utilizate direct pt. I.I.N. 30.000

3 Cheltuieli cu serviciile prestate de terti, total, din care : 320.000

3.a. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, inclusiv amenajarea spatiilor 50.000

3.b. Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii 0

3.c. Cheltuieli cu transportul de bunuri 0

3.d. Cheltuieli postale si de comunicatii 0

3.e. Cheltuieli cu servicii pentru teste, analize, masuratori etc. 0

3.f. Cheltuieli cu serviciile informatice 0

3.g. Cheltuieli cu servicii de expertiza, evaluare, asistenta tehnica etc. 0

3.h. Cheltuieli cu serviciile de intretinere a echipamentelor 270.000

3.i. Cheltuieli cu alte servicii strict necesare pentru I.I.N. 0

4 Total cheltuieli directe (1+2+3) 849.979

5 Cheltuieli indirecte (regie) 149.456

5.1. Cheltuieli de regie generala 149.456

TOTAL CHELTUIELI (4+5) 999.435

NOTA: Toate costurile estimative trebuie sa fie fundamentate prin activitatile si consumurile specifice fiecărei IIN

1. ACTIVITATILE CARE NU SUNT FUNDAMENTATE SI PENTRU CARE COSTURILE NU POT FI JUSTIFICATE NU SE VOR LUA IN CALCUL LA ALOCAREA FONDURILOR
2. DOCUMENTELE / NORMELE LA CARE SE FACE TRIMITERE IN FUNDAMENTAREA COSTURILOR TREBUIE SA EXISTE LA SEDIUL IIN PENTRU A PUTEA FI ANALIZATE
3. IN CAZUL IN CARE PE PARCURSUL ANULUI SE CONSTATA CA NU EXISTA DOCUMENTELE / NORMELE IN BAZA CARORA S-AU FUNDAMENTAT COSTURILE, SUMELE ALOCATE VOR FI RETRASE / RESTITUITE

2.7. Introducerea Instalatiei de Interes National (conf. Prevederilor Anexei 1 la HG 786/10.09.2014) in portalul www.erris.gov.ro

<https://erris.gov.ro/XPS>

2.8. RELEVANTA

- interesul pe care îl reprezintă la nivel international, național, regional.
- compatibilitate externă – ralionarea cu infrastructurile pan-europene

Spectroscopia de fotoelectroni și știința suprafețelor. Spectroscopia de fotoelectroni se bazează pe efectul fotoelectric (Albert Einstein, 1905; Premiul Nobel pentru fizică, 1921) care a statuat prima dată în mod definitiv natura corpusculară a luminii. Primele experimente de efect fotoelectric au fost efectuate cu radiație ultraviolet, extrăgându-se electroni din benzile externe ale materialelor. Fotoni mai energetici sunt capabili să extragă electroni de pe pături atomice mai profunde, iar prin analiza acestor electroni se pot deduce stările de ionizare și înconjurarea atomilor de unde provin acești electroni. Această tehnică nu a putut fi pusă în aplicare până când nu au existat surse de radiație X monocromatică și aparatură electronică de înaltă tensiune cu stabilitate remarcabilă (de ordinul milivolților pentru tensiuni aplicate de ordinul kilovolților). Eforturi continue de a se optima Spectroscopia de fotoelectroni [provenind din pături electronice interne] excitați folosindu-se radiație X (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS, sau Electronic structure for chemical analysis, ESCA) au fost încununate de acordarea premiului Nobel pentru fizică în 1981 lui Kai Siegbahn. Metoda XPS a contribuit ulterior decisiv la cercetările de chimia suprafeței ale lui Gerhard Ertl (premiul Nobel pentru chimie în 2007), multistraturile cu magnetorezistență gigant ale lui Albert Fert (premiul Nobel pentru Fizică în 2007), spectroscopia de fotoelectroni din banda de valență a validat structura electronică a grafenei (Andre Geim, Konstantin Novoselov, premiul Nobel pentru fizică 2010), tehnici de știința suprafeței au fost esențiale pentru noile diode luminescente (Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, Shuji Nakamura, premiul Nobel pentru fizică 2014).

Față de alte metode de caracterizare, XPS/ESCA are următoarele caracteristici:

(a) Energiile de legătură ale electronilor în păturile atomice interne depind de starea de ionizare a atomilor respectivi și de tipul de legături chimice formate de acești atomi. Metoda permite deci caracterizarea compozițională și identificarea compușilor chimici.

(b) Parcurusul liber mediu al fotoelectronilor prin material este de ordinul nanometrilor, deci metoda caracterizează materialul aproape în exclusivitate în vecinătatea suprafeței acestuia. De aceea, metoda XPS/ESCA nu a putut fi implementată până când nu s-a dezvoltat și tehnologia vidului ultraînalt (ultrahigh vacuum, UHV), care corespunde unor presiuni ale gazului rezidual de sub 10^{-7} Pa (10^{-9} mbar), pentru asigurarea curățeniei probelor în timpul măsurătorii.

Așadar, odată cu metoda XPS/ESCA, au înflorit și studiile suprafețelor sau ale interfețelor la scară nanometrică sau sub-nanometrică. Instalațiile moderne de științe ale suprafețelor suplimentează metoda XPS/ESCA cu alte metode de caracterizare structurală, prin difracție de electroni (low energy electron diffraction, LEED, sau reflection high energy electron diffraction, RHEED), spectroscopie de electroni Auger (AES) pentru determinări esențialmente compoziționale, microscopie atomică de forță (atomic force microscopy, AFM) sau microscopie de baleiaj cu efect tunel (scanning tunneling microscopy, STM, Gerd Binnig, Heinrich Rohrer, premiul Nobel pentru fizică 1986) care permit vizualizarea atomilor individuali, împreună cu facilități de preparare *in situ*, în condiții de ultravid, a suprafețelor sau a straturilor subțiri. Aceste metode s-au dezvoltat de pe la mijlocul deceniului al nouălea din secolul trecut. S-a realizat că foarte multe procese de importanță tehnologică: fricțiunea, coroziunea, cataliza, fotocataliza, procesele fotovoltaice, magnetismul, optoelectronica - nu pot fi explicate în totalitate decât dacă se caracterizează cât mai exhaustiv suprafețele și interfețele, spectroscopia de fotoelectroni fiind una din tehnicile favorite.

Există în momentul de față grupuri mari de știința suprafețelor în lume, precum și reviste notabile dedicate: ACS Applied Materials and Interfaces, Advanced Materials: Interfaces, Surface Science Reports, Surface Science, Applied Surface Science, Surface and Interface Analysis, Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, Physical Review B (parțial) etc.

(c) Spectroscopia de fotoelectroni din banda de valență permite determinarea experimentală a structurii electronice a solidelor monocristaline, în special a densităților de stări și a legilor de dispersie ale purtătorilor de sarcină $E(\mathbf{k})$, folosindu-se distribuția unghiulară a fotoelectronilor excitați cu radiație ultraviolet (angle resolved ultraviolet photoelectron spectroscopy, ARUPS). Se poate detecta și distribuția fotoelectronilor cu rezoluție de spin, având acces la structura de bandă a solidelor magnetice pentru fiecare orientare a spinului față de axa magnetizării.

(d) Analizându-se distribuția unghiulară a fotoelectronilor din XPS, se pot deduce geometriile suprafețelor sau modul de inserare a impurităților într-un solid monocristalin, metoda având și denumirea de difracție de fotoelectroni (X-ray photoelectron diffraction, XPD).

(e) Poziția nivelurilor profunde în vecinătatea suprafețelor și interfețelor este afectată de curburile de bandă din aceste zone datorate contactelor între materiale diferite sau polarizării feroelectrice. Astfel, XPS poate cuantifica curburile de bandă. Echipa din INCDFM este printre primele din lume care au validat această metodă pentru materiale feroelectrice.

(f) În ultimii ani, spectroscopia de fotoelectroni a început să fie suplimentată cu abilități de rezoluție spațială sub-micronică, dezvoltându-se metode care au fost denumite ESCA Microscopy, NanoESCA, Photoelectron SpectroMicroscopy sau Photoelectron Microscopy (PEEM).

Din motive în principal financiare, cercetarea românească s-a manifestat relativ târziu în ceea ce privește știința suprafețelor, deși exista o experiență notabilă datând din anii 1970 în domeniul straturilor subțiri. În condițiile în care o instalație foarte simplă care permite obținerea ultravidului costa cca. 30.000 Euro (fără niciun fel de dispozitiv de preparare sau caracterizare aferent), iar în anii 1990 cercetarea se lupta să supraviețuiască, era clar că nu se putea efectua o asemenea achiziție. Au existat, totuși, încercări notabile de a se construi dispozitive STM cu rezoluție atomică (Universitatea din București, Facultatea de Fizică). În anul 2000, Universitatea Catolică Louvain-la-Neuve a donat INCDFM o instalație ESCA produsă de Vacuum Generators (VG-ESCA Mk II), care a fost declarată Instalație de Interes Național începând cu 2003. Această instalație realiza în special măsurători XPS/ESCA, dar avea și posibilitatea de curățare a probelor prin bombardament ionic și de tratamente termice *in situ*, vidul limită ajungând în domeniul 10^{-7} Pa (10^{-9} mbar).




Figura 1. Fotografie și desemnarea principalelor elemente componente ale clusterului de știința suprafețelor, format din instalațiile de epitaxie din fascicul molecular, microscopie de baleiaj cu efect tunel și instalația de spectroscopie de fotoelectroni cu rezoluție unghiulară și de spin. Acest cluster a primit denumirea CoSMoS (Combined Spectroscopy and Microscopy on a Synchrotron) atunci când a fost conectat la linia de fascicul SuperESCA de la facilitatea de radiație de sincrotron Elettra, Trieste. Fabricant: Specs, Berlin, Germania.

Domeniul a explodat începând cu anul 2007, când instalația menționată mai sus a început să fie actualizată printr-un proiect de tip CEEEX - Modul 4. Astfel, laboratorul XPS a devenit acreditat RENAR (Certificat de acreditare Nr. LI 724 / 11.11.2008, standard SR EN ISO / CEI 17025:2005). În 2009 a fost pusă în funcțiune o nouă instalație XPS dotată și cu STM („sistem multimetodă”) și a unui cluster XPS - STM - MBE (ultima abreviere semnificând „molecular beam epitaxy”), unde spectroscopia de fotoelectroni este realizată cu rezoluție unghiulară și de spin, cu excitație atât cu raze X cât și UV, iar instalația MBE cuprinde și facilități de caracterizare LEED, RHEED și AES (Figura 1). Prima instalație „multimetodă” a fost și ea suplimentată cu o incintă MBE similară în 2010-2011, rezultând configurația din Figura 2. De asemenea, în 2010 s-a achiziționat în INCDFM și o instalație PEEM care realizează și microscopie de electroni lenți (LEEM). Ambele clusteruri descrise mai sus și instalația LEEM-PEEM au fost integrate pe lângă prima instalație VG-ESCA Mk II în Rețeaua Națională de Instalații Complexe XPS/ESCA, aprobată la poz. 28 din H.G. nr. 756/2014. De asemenea, în 2015 s-a achiziționat încă o instalație XPS (pe care o vom denumi „Spectromicroscopie cu celulă de reacție”) cu posibilități de spectro-microscopie (analiză XPS pe arii restrânse, mergând până la 2 μm) și posibilitatea de tratament a probelor la presiuni și temperaturi ridicate (4 bar / 1000 °C). În momentul de față INCDFM exploatează 5 din cele 14 instalații XPS/ESCA existente în România, trei dintre cele 5 fiind singurele având un grad ridicat de complexitate prin prezența mai multor tehnici asociate și necesare în studiul suprafețelor și interfețelor (MBE, AES, LEED, RHEED, STM, ARUPS, TPD etc.).

Radiația de sincrotron este emisă de particulele relativiste încărcate, accelerate (formula lui Larmor). În fizica particulelor elementare, apare necesar să se înmagazineze aceste particule în „inele de stocare”, înainte de a fi puse în interacțiune. În realitate, datorită pierderii de energie radiativă, inelele de stocare sunt în realitate tot sincrotrone (acceleratoare), deoarece trebuie să conțină dispozitive de accelerare a particulelor încărcate pentru a compensa această pierdere. Așadar, „radiația de sincrotron” era un efect nedorit în fizica energiilor înalte.

Începând cu anii 1960, s-a demonstrat că spectrul radiației de sincrotron este continuu, de la infraroșu până în domeniul radiației X, este concentrat în cea mai mare parte în planul orbitei particulelor încărcate (de acum încolo vom vorbi numai despre electroni și pozitroni, pentru că aceștia emit cu cea mai mare intensitate radiație de sincrotron), este polarizată liniar în acest plan și conține și polarizare circulară dacă ne îndepărtăm de plan etc. Radiația de sincrotron s-a dovedit în scurt timp a fi o sursă ideală pentru investigarea complexă a materiei printr-o multitudine de tehnici: spectroscopii de fotoelectroni, absorbție de raze X în vecinătatea limitei de absorbție (X-ray absorption fine structure XAFS, X-ray absorption near edge structure XANES, extended X-ray absorption fine structure EXAFS), dicroism circular și liniar magnetic în absorbția de raze X (XMCD, XMLD), dicroism magnetic în distribuția

unghiulară a fotoelectronilor (LMDAD, CMDAD), difracție și împrăștiere de raze X, efect Mössbauer, spectroscopie Raman și în infraroșu, spectroscopii de ioni în coincidență cu electronii (photoelectron-photoion-photoion coincidence PEPIICO), tehnici de fluorescență (X, UV, Vizibil, IR), tomografie de raze X, metode spectromicroscopice (PEEM, NanoESCA, micro-XAFS) precum și aplicații în domeniul producției de dispozitive micro- și nanoelectronice (litografie folosind raze X).




Figura 2. Clusterul de știința suprafețelor și interfețelor („sistemul multimetodă” cuplat cu MBE), localizat în continuare în INCDFM. Cu roșu, principalele componente (XPS, STM, MBE). Cu galben, principalele dispozitive. Alte fotografii din montaj exemplifică presiunea la care se lucrează, calitatea spectrelor XPS, o imagine LEED și o imagine STM. Fabricant: Specs, Berlin, Germania.

Într-o primă etapă, cercetările care exploatau radiația de sincrotron au coexistat cu cele din fizica particulelor elementare, pe aceleași instalații. Se extrăgea radiația emisă de electronii / pozitronii care treceau prin magnetii care le curbau traiectoriile. Aceasta reprezintă perioada „sincrotranelor de generația I”. Sincrotranele de generația I au fost treptat abandonate de comunitatea de fizica particulelor elementare, care se orienta spre instalații capabile să producă energii mai mari; aceste sincrotrane rămăneau în funcțiune, dedicate exploatării radiației de sincrotron. Aceasta s-a întâmplat începând din anii 1960 până la mijlocul anilor 1980. Dată fiind bogăția de rezultate care se puteau obține folosindu-se radiația de sincrotron, au început să fie construite inele de stocare optimizate pentru producerea acestei radiații. Aceste „sincrotrane de generația a II-a” își doreau să concentreze particulele în „pachete” cât mai mici, astfel încât să se scadă dimensiunea sursei de radiație electromagnetică și să asigure un timp de viață cât mai ridicat al particulelor în inel. Concomitent, au început să fie dezvoltate dispozitive de inserție (wigglers sau undulators) care curbează ondulatoriu traiectoria particulelor pe secțiuni altminteri drepte și obțin un flux sporit și direcționat de emisie de radiație electromagnetică, precum și proprietăți de polarizare bine definite, legate de modul cum se ondulează traiectoria. În scurt timp, s-a dovedit că dispozitivele de inserție sunt mult mai performante în producerea radiației de sincrotron decât magnetii de curbură. Sincrotranele de generația a III-a funcționează în special cu dispozitive de inserție și au dimensiuni ale sursei microscopice, ceea ce le permite obținerea de rezoluții atât spațiale, cât și energetice, foarte ridicate. Acestea s-au dezvoltat începând cu 1992 - 1993 (ESRF Grenoble, Elettra Trieste, Taiwan Light Source și ALS Berkeley fiind primele astfel de instalații). Un sincrotron de generația a III-a are 20-60 de „linii de lumină” (beamlines), pe fiecare existând instalații complexe de caracterizare. Accesul se face, de regulă, pe bază de propuneri de proiecte științifice, evaluate de Comitete specializate, se acordă între 1 și 10 zile de fascicul pentru un proiect și se lucrează 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rata de acceptare a propunerilor este de 10-30 %.

Sincrotronele de generația a IV-a sunt, în realitate, laseri cu electroni liberi. S-a dovedit că un dispozitiv de inserție de lungime convenabilă poate produce radiație coerentă. Laserii cu electroni liberi au intensități formidabile în domeniile X și UV; din nefericire, puține materiale rezistă la interacțiunea cu aceste fluxuri. Laserii cu electroni liberi au extrem de multe aplicații în materia diluată (gaz sau plasmă), însă pentru fizica materialelor va trebui să ne concentrăm în continuare pe exploatarea sincrotranelor de generația a III-a.

În momentul de față, în lume există 22 de centre de radiație de sincrotron (am aplicat o limită dimensională privind extensia acestor centre), localizate, în mod evident, în țările cele mai dezvoltate economic: 3 în Statele Unite și în Germania, 2 în Japonia și în Franța, câte unul în Marea Britanie, Italia, Suedia, Spania, Elveția, Taiwan, China, Australia, Brazilia, Rusia, India și Polonia. Așadar, jumătate din aceste centre se află în Europa. De menționat faptul că Polonia, o țară considerabil mai puternică economic decât România, a reușit recent să-și inaugureze un centru la Cracovia, însă dotarea liniilor de fascicul se va produce în anii următori, în timp ce Suedia, considerabil mai bogată, este în momentul de față la a 4-a generație de inele de stocare și a inaugurat simultan în 2016 două astfel de surse (Max IV), cu domenii de energii diferite.

Nu ne putem aștepta ca România să fie capabilă să construiască propria facilitate de radiație de sincrotron în următorii 10 ani. Pare mai rezonabil să adaptăm strategia altor țări din Europa de Est (Cehia și Slovenia), care au semnat acorduri de colaborare cu centrele existente (Elettra Trieste în ambele cazuri, Cehia negociază acum și cu Solaris Cracovia), au finanțat parțial construirea unor linii și și-au localizat instalații pe aceste linii. Pentru România, soluțiile pe termen mediu sunt de a construi o linie la Elettra, unde avem o colaborare (vezi mai jos), sau la sincrotronele date în funcțiune mai recent, Solaris Cracovia, ALBA Barcelona sau Max IV Lund.

Interesul comunității românești privind experimente folosind radiația de sincrotron a crescut în ultimii ani, atât prin faptul că din ce în ce mai mulți cercetători români colaborează cu echipe care lucrează în mod frecvent la aceste facilități; de asemenea, multe linii de fascicul au ca angajați permanenți cercetători de origine română.

Delocalizarea clusterului CoSMoS la sincrotronul Elettra din Trieste a avut loc între 2013 - 2015 pe linia de fascicul SuperESCA de la Elettra, Trieste, în cadrul unui Proiect de tip „long term proposal” care a avut ca scop studiul interfețelor între grafene și materiale feroelectrice. Instalația a folosit și pentru măsurători dinamice ale materialelor feroelectrice și pentru studii de molecule adsorbite și desorbite pe suprafețe feroelectrice.

În Figura 3 am reprezentat o comparație între spectrele obținute folosindu-se sursa de raze X convențională (Al K_α monocromatizat, energie 1486,74 eV) și sursa SuperESCA de la Elettra, Trieste, pe probe absolut similare: straturi subțiri de zirco-titanat de plumb (PZT), de grosime 10 - 100 nm; în realitate, grosimea straturilor nu are nicio importanță pentru XPS, atâta timp cât este cu ordine de mărime mai mare decât parcursul liber mediu al fotoelectronilor datorat ciocnirilor inelastice (cca. 0,5-1 nm). Se observă că statistica spectrelor este similară; totuși, intensitatea obținută la sincrotron este de peste 20 de ori mai mare în condițiile în care rezoluția este mai bună: lărgimea totală a liniilor este de cca. 1,5 eV în laborator și de cca. 1,0 eV la radiația de sincrotron. Achiziția unui spectru a durat cca. 25 minute cu sursa de laborator și sub 1 minut folosindu-se radiația de sincrotron. Rezoluția energetică pe aceste probe este limitată din cauza feroelectricității. În Figura 4 prezentăm spectre obținute la Elettra pe grafenă crescută pe Pt(001) monocristalină; se obțin lărgimi ale liniilor de cca. 0,2 eV.

Intensitatea remarcabilă a radiației de sincrotron permite urmărirea *in situ* a anumitor procese (polarizare / depolarizare, reacții chimice, tranziții de fază). În Figura 5 prezentăm evidențierea prin spectroscopie de fotoelectroni a pierderii, respectiv revenirii polarizării la variația temperaturii. Fiecare spectru a durat cca. 10 secunde.

În aceste condiții, cuplarea instalației CoSMoS la linia de fascicul SuperESCA (sau la altă linie de fascicul similară la un sincrotron de generația a III-a) transformă spectroscopia de fotoelectroni dintr-o metodă standard de caracterizare într-o facilitate dinamică de sondare a proceselor tranzitorii din materia condensată.




Figura 3. Spectre XPS ale Pb 4f măsurate pe straturi subțiri de 10 nm Pb(Zr,Ti)O₃(001) (a), 50 nm Pb(Zr,Ti)O₃(001) (b) și 100 nm Pb(Zr,Ti)O₃(001) (c) imediat după introducerea probei, după un prim tratament termic și după un al doilea tratament termic în atmosferă de oxigen. În cazul (a) s-a folosit sursa de laborator (radiația Al K_α monocromatizată), cu un timp de achiziție de 5 s/punct. În cazurile (b,c) s-a folosit radiația de sincrotron cu energia de 260 eV și un timp de achiziție de 0,5 s/punct.




Figura 4. Spectru XPS al carbonului 1s măsurat pe un strat monoatomic de grafenă crescută pe un monocristal de Pt(001). Durata achiziției: 0,2 s/punct, 12 minute în total, cu un pas energetic foarte mic pentru XPS, 10 meV.

Măsurători în timp real au fost utilizate și pentru a se monitoriza adsorbția și disocierea anumitor molecule (CO, NO) pe suprafețe feroelectrice, un domeniu abordat intens în ultimii ani și care ar putea conduce la reducerea semnificativă a costurilor catalizatorilor folosiți în industria automobilă. Alte avantaje ale prezentei instalației CoSMoS la SuperESCA, chiar față de instalații de complexitate similară prezente la radiația de sincrotron, derivă din multiplele tehnici care sunt disponibile pe această instalație, difracția de electroni și în special microscopia cu efect tunel STM. Figura 6 prezintă un exemplu de imagini STM obținute cu rezoluție atomică în CoSMoS pe straturi de grafenă sintetizate pe Ir(111).

După finalul proiectului de termen lung, partenerii italieni ne-au propus ca instalația CoSMoS să rămână conectată la linia de fascicul SuperESCA și s-a realizat un acord de cooperare în acest sens (anexat). Elettra va asigura anual timp de fascicul de 10 zile pe an sub statutul de „in-house research”, adică timp de fascicul în cadrul căruia putem efectua orice fel de experiențe, fără vreo aprobare prealabilă plus 12 zile pe an de timp de fascicul acordat propunerilor venind exclusiv de la echipe din România. Partea română se angajează să plătească în schimbul acestor servicii 60.000 Euro pe an, dintre care 45.000 Euro pentru finanțarea unui cercetător care să se ocupe de mentenanța instalației și să asigure suportul necesar utilizatorilor, iar 15.000 Euro pentru costurile recurente (electricitate, încălzire, gaze de lucru, acces la facilitățile generale). Aceasta revine la 2.727 Euro pe zi de fascicul care ar fi obținută în baza acestui acord, cca. 27 % din prețul la care se poate achiziționa timp de fascicul pe baze comerciale.

Menționăm faptul că, în general, în 2 zile de fascicul se pot obține date de calitate mai bună comparate cu ceea ce se obține în cca. 2 luni în condiții standard de laborator, putând oferi posibilitatea publicării în reviste cu factor de impact de cca. 3 ori mai ridicat. Așadar, semnarea acestui acord va permite României să obțină date pentru publicarea anuală a peste 10 articole în reviste cu factor de impact ridicat (spre 10). Se cunoaște faptul că în ultimii ani producția științifică a cercetării românești a crescut în mod continuu; cu toate acestea, la publicarea în reviste cu factor de impact ridicat suntem încă deficitari. INCDFM crește continuu procentul de publicații în reviste cu factor de impact ridicat, depășind 20 de astfel de publicații în 2017.




Figura 5. Monitorizarea prin spectroscopie XPS în timp real, cu rezoluție temporală de ordinul a 10 secunde, a tranziției de fază feroelectric → paraelectric → feroelectric pe un strat subțire de zircotitanat de plumb monocristalin. Graficele de tip imagine reprezintă spectrele suprapuse ca benzi orizontale, modulate în nuanțe de gri (albul reprezentând intensitatea maximă și negrul intensitatea minimă). Exemple tipice de spectre, precum și deconvoluțiile lor sunt prezentate pentru starea inițială (jos), la temperatura maximă de încălzire (la mijloc înspre jos) și după răcire (sus). În starea feroelectrică, proba are polarizarea orientată înspre interior și este caracterizată de energii de legătură mai scăzute. (a) nivelul Pb 4f_{7/2}; (b) dubletul Zr 3d; (c) nivelul Ti 2p_{3/2}; nivelul O 1s.




Figura 6. Imagini de microscopie de baleiaj cu efect tunel (STM) obținute pe un strat monoatomic de grafenă sintetizat prin CVD pe monocristal Ir(111).




Figura 7. Instalația de spectroscopie de fotoelectroni cu posibilități de analiză pe arie microscopică și dotată cu celula de tratare a probelor în condiții de presiune și temperatură ridicată (4 bar / 1000 °C). Fabricant: Kratos, Manchester, Marea Britanie.

Noua instalație XPS achiziționată în INCDFM în 2015 (Figura 7) a fost achiziționată în 2015 în cadrul unui proiect de fonduri structurale. Față de celelalte instalații cuprinse în Rețeaua Națională de instalații complexe de tip XPS/ESCA, aprobată prin H.G. nr. 786/2014, noua instalație prezintă următoarele diferențe esențiale:

a) Instalația conține, de fapt, două analizoare de electroni suprapuse, unul pentru spectroscopie de fotoelectroni de înaltă rezoluție (analizor semisferic) și al doilea pentru imagistică de fotoelectroni (analizor cu câmp întârziator, „retarding field analyzer”). Bascularea dintre cele două moduri de detecție este foarte rapidă și deci dispozitivele permit vizualizarea cu contrast chimic a probelor neomogene, precum și spectroscopia de fotoelectroni pe arie limitată, cu rezoluție de până la 2 μm. Acest dispozitiv este absolut necesar pentru probe neomogene, cum sunt cele mai multe probe care rezultă în urma procedurilor tehnologice, permițând analiza de mostre provenind din industrie și nu numai aceea a anumitor sisteme-model, omogene.

b) Instalația conține mai multe posibilități de introducere a probelor; se remarcă în principal suportii multiprobă, astfel încât până la 20 de probe pot fi introduse simultan în vederea analizei. Aceasta economisește mult din „timpii morți” necesari pentru degazarea fiecărei probe care sosește de la presiunea atmosferică. Modul de achiziție automatizat permite definirea prealabilă a probelor, a regiunilor analizate și a măsurătorilor care urmează a fi efectuate, astfel încât XPS devine o metodă care permite caracterizări de serie mare.

c) Instalația a fost livrată având cuplată o celulă pentru tratamente chimice *in situ*, permițând introducerea de gaze la presiuni de până la 4 bar (menționăm că măsurătoarea se efectuează la presiuni de ordinul a 10^9 mbar = 10^{-12} bar, așadar există 12-13 ordine de mărime între presiunea la care pot fi tratate probele și cea la care sunt măsurate). De asemenea, probele pot fi tratate în această cameră de reacție până la temperaturi de 1000 °C, în timp ce măsurătorile se pot efectua de la temperatura azotului lichid (- 196 °C) până la 600 °C.

d) Nu în ultimul rând, prin existența unei lentile magnetice de dirijare a electronilor, intensitatea pe probe similare furnizată de noua instalație este cu un factor 4-5 mai ridicată decât a celorlalte instalații (această lentilă magnetică afectează distribuția unghiulară a fotoelectronilor, de aceea ea n-a fost folosită pentru celelalte instalații).

Reamintim că această instalație este cea mai potrivită pentru a efectua analize pe scară largă pentru chimie, cataliză sau alte domenii industriale.

Rețeaua este constituită din următoarele instalații:

A1. Un cluster complex de știința suprafețelor și interfețelor (Specs, Fig. 2), conținând: (i) o instalație de măsurători prin spectroscopie de fotoelectroni (XPS, ESCA, UPS, AES); (ii) o

instalație de preparare a probelor prin epitaxie din fascicul molecular (MBE) dotată și cu posibilități de monitorizare prin difracție de electroni lenți (LEED) și rapizi (RHEED), spectroscopie de electroni Auger (AES) și analiza gazului din incintă prin spectrometrie de masă; (iii) o instalație de microscopie și spectroscopie de baleiaj cu efect tunel (STM/STS); (iv) sas de introducere rapidă a probelor și posibilități de stocare a acestora în ultravid.

A2. O instalație de spectroscopie de fotoelectroni cu posibilități de analiză pe arie restrânsă (rezoluție laterală 2 μm) și schimbarea automatizată a probelor / pozițiilor de măsură, cuplată la o celulă de reacție la temperatură și presiune ridicată (Kratos, Fig. 7).

A3. Un cluster complex de știința suprafețelor și interfețelor (Specs, Fig. 1), delocalizat pe linia de fascicul SuperESCA la facilitatea de radiație de sincrotron Elettra din Trieste (Combined Spectroscopy and Microscopy of Surfaces - CoSMoS), conținând: (i) o instalație de măsurători prin spectroscopie de fotoelectroni (XPS, ESCA, UPS, AES) cu rezoluție unghiulară și de spin (ARPES, XPD, ARUPS, SR-UPS); (ii) o instalație de preparare a probelor prin epitaxie din fascicul molecular (MBE) dotată și cu posibilități de monitorizare prin difracție de electroni lenți (LEED) și rapizi (RHEED) și prin spectroscopie de electroni Auger (AES) și analiza gazului din incintă prin spectrometrie de masă; (iii) o instalație de microscopie și spectroscopie de baleiaj cu efect tunel (STM/STS); (iv) sas de introducere rapidă a probelor și posibilități de stocare a acestora în ultravid. Acestei instalații i se alocă de la Elettra semestrial 5 zile de fascicul sincrotron în regimul de „in-house research”, plus 6 zile de fascicul pe bază de proiecte de cercetare, rezervate echipelor din România. În afara fasciculului sincrotron, experiențe de spectroscopie de fotoelectroni folosind surse convenționale, sau alte experiențe STM/STS, LEED, RHEED, Auger, etc. sunt posibile în orice moment, cu condiția deplasării personalului la Elettra.


A4. O instalație de microscopie de electroni lenți și de fotoelectroni: LEEM - PEEM, micro LEED, micro ARUPS (Specs).

A5. O instalație de spectroscopie de fotoelectroni, cu sas de introducere rapidă a probelor. Calitatea cercetărilor întreprinse este confirmată și de publicarea anuală a 30-50 articole în reviste ISI, dintre care peste 20 % sunt publicate în reviste cu factor de impact ridicat (peste 5).

Personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare: 18 salariați: (1) Dr. abil. Cristian Mihail Teodorescu, C.S. I; (2) Dr. Rodica Viorica Ghiță, C.S. II; (3) Dr. Nicoleta Georgiana Apostol, C.S. II; (4) Dr. Marius Adrian Hușanu, C.S. II; (5) Dr. Constantin Logofătu, C.S. III; (6) Dr. Cătălin Constantin Negrilă, C.S. III; (7) Dr. Ștefan Neațu, C.S. III; (8) Dr. Florentina Neațu, C.S. III; (9) Dr. Ruxandra Maria Costescu, C.S. III; (10) Dr. Bogdana Lenuța Borca, C.S. III; (11) Dr. Dana Georgeta Popescu, C.S. III; (12) Dr. George Adrian Lungu, C.S. III; (13) Dr. Liviu Cristian Tănase, C.S.; (14) Drd. Laura Elena Abramiuc, C.S.; (15) Dr. Costel Cotîrlan-Simioniuc, A.C.S.; (16) Drd. Amelia Elena Bocîrnea, A.C.S.; (17) Dr. Cristian Alexandru Tache, inginer; (18) Drd. Ioana Cristina Bucur, inginer. Personal auxiliar: 3 salariați: (1) Eugen Petru Tudor, Tehnician I; (2) Cornelia Stoicu, Tehnician II; (3) Marius Stoicu, MDP.

Aceste instalații oferă servicii la nivel național și internațional, utilizatorii putând fi localizați în momentul de față pe 3 continente, conform listelor de mai jos. În urma cercetărilor întreprinse folosind această instalație, au rezultat în 2017 un număr de 49 articole publicate sau acceptate în reviste cotate ISI, dintre care 16 în reviste cu factor de impact foarte ridicat (peste 5).

Schițe de amplasament



Listă active corporale și necorporale

1. Active corporale:

Nr. crt.	Denumire	Data achiziție	Valoare (EUR)	Nr. inventar
Instalație „multimetodă” XPS-AES-STM cuplată la MBE (cam. 102) TOTAL = 922710 EUR				
1	Analizor de electroni PHOIBOS 150	18.09.2007 28.09.2007	59375 59375	9120
2	Sistem de vidare cu pompe scroll si pompe turbomoleculare	28.08.2008	19000	19800
3	Sistem multimetodă de analiză a suprafețelor și sistem liniar de transfer al probelor	24.09.2008	492110	14252
4	Evaporator cu bombardament electronic (EBE-4) + accesorii: microbalanță cu cuarț, spectrometru de masă cuadrupolar, sursă de ioni, creuzete din Mo pentru EBE-4	16.06.2008, 12.05.2009	66850 920	13468
5	Pompă de vidare	01.06.2011	2900	17133
6	Pompă preliminară uscată Agilent SH-110	27.05.2013	3985	182013
7	Incinta MBE pentru semiconductori III-V si oxizi prevazuta cu batiu adaptabil si manipulator cu 5 grade de libertate	26.06.2012	80200	21973
8	Sursă de alimentare pt. celulă de evaporare	28.12.2012	6015	25410
9	Sursă de alimentare pt. celulă de evaporare	28.12.2012	6015	25411
10	Celulă de evaporare cu un singur filament	28.12.2012	11635	25415
11	Celulă de evaporare cu un singur filament	28.12.2012	11635	25416
12	Celulă Knudsen de evaporare	01.02.2011	17780	16662
13	Spectrometru de masă cuadrupol	01.12.2011	17385	19928
14	Sursă de alimentare pt. dispozitiv LEED	14.12.2012	18420	25433
15	Dipozitiv UHV de difracție de electroni lenți LEED	14.12.2012	18670	25432
16	Monitor grosimi cu microbalanță	01/12/2011	15770	19797
17	Pompă de vidare uscată SH-100 Agilent	24.11.2014	2065	482014
18	Pompă de vidare uscată SH -110 Agilent th.	24.11.2014	2070	562014
19	Sursă alimentare Heinzinger	07.11.2012	10535	25035
Instalație „veche” (cam. CD41-42) TOTAL = 139785 EUR				
1	VG Spectrometre ESCA 3 MK II + VG Peak Selector	donatie în 2001	100890	77792
2	Sursa de radiatie UV de tip Specs pentru analiza UPS	16.11.2006	29660	77792-1
3	Spectrometru de masă cuadrupol	01.09.2006	9235	9766
Instalație „CoSMoS”, delocalizată la Elettra Trieste TOTAL = 1196030 EUR				
1	Sistem pentru difracție de electroni lenți	01.11.2007	38000	9973

RAPORT TEHNICO-ECONOMIC PRIVIND IIN

	(LEED) și spectroscopie de electroni Auger			
2	Sistem pentru difracție de electroni rapizi (RHEED)	01.11.2007	29000	9919
3	Incintă pentru epitaxie in fascicul molecular (MBE), prevăzută cu manipulator, sistem de transfer și pompare	13.06.2008	125000	13466
4	Pompă turbo PM 133935-t hipace	14.04.2016	15785	92016
5	Ansamblu pompă turbomoleculară	01.03.2009	10495	13867
6	Sursă de raze X cu manipulator	17.07.2008	29050	12841
7	Incintă de analiză și măsurători	18.07.2008	26500	13527
8	Microscop cu efect tunel (STM)	02.04.2009	111750	13882
9	Celulă de evaporare de temperatură ridicată	22.07.2009	15540	14615
10	Cameră UHV pentru STM	28.01.2009	8950	14430
11	Sistem de stocare probe și preparare pentru STM	28.01.2009	9190	13853
12	Pompă ionică și turbomoleculară, vană VAT DN160CF	31.08.2009	38900	15581
13	Sistem de spectroscopie de fotoelectroni cu rezoluție unghiulară și de spin (SARPES)	01.09.2009	530000	14699
14	Manipulator de temperatura ridicata pentru prepararea probelor in instalatia de Epitaxie in Fascicul Molecular	24.02.2010	37500	16682
15	Sursă de plasmă RF pentru producere de oxigen și azot atomic	08.02.2011	35000	16683
16	Sursă de alimentare pt. celulă de evaporare	28.12.2012	5725	25412
17	Sursă de alimetare pt. celulă de evaporare	28.12.2012	5755	25409
18	Celulă de evaporare cu un singur filament	28.12.2012	19040	25413
19	Celulă de evaporare cu un singur filament	28.12.2012	19040	25414
20	Evaporator WC-SHM-DC	01.11.2010	16350	16071
21	Evaporator WC-SHM-DC	01.11.2010	16350	16072
22	Tun electronic EQ22	09.02.2011	14600	16680
23	Picoampermetru voltage-source	01.07.2006	4275	9402
24	Spectrometru de masă cuadrupol	01.12.2008	11750	13467
25	Sursă ioni pt. curățarea suprafețelor	01.12.2008	11810	13465
26	Monitor grosimi cu microbalanță	01.12.2008	10675	13469
Instalația LEEM-PEEM (cam. CP27) TOTAL = 836055 EUR				
1	Microscop de electroni lenți (LEEM) și de fotoelectroni (PEEM)	30.09.2010	836055	15909
Instalația de spectroscopie XPS cu rezoluție spațială, cuplată cu celula de tratamente la presiune și temperatură ridicată (Lab. 9, aripa nouă) TOTAL = 674733 EUR				
1	Instalație de spectroscopie de fotoelectroni cu rezoluție spațială cuplată cu celula de tratamente la presiuni și temperaturi ridicate	03.11.2015	674733	302015

Instalația XPS miniaturală (cam. CP20-21) TOTAL = 173125 EUR				
1	Valiză de transfer probe sub ultravid	17.02.2014	32450	652013-1
2	Analizor semisferic Phoibos 100 Classic Detector MCD Unitate de control HSA3500	06.11.2014 03.11.2014 25.11.2013	52500 29500 26000	652013-2
3	Componentă de vid pt. spectrometru	01.05.2009	7530	13883
4	Componentă de vid pt. spectrometru	01.05.2009	7530	13884
5	Sistem de vid cu pompă turbo	18.12.2014	12945	712014
6	Pompă vid SH-110	01.05.2008	4670	10945
Uz general TOTAL = 14105 EUR				
1	Amplificator lock-in Stanford	01.12.2006	4435	4932
2	Pompă turbo S20-330-00 hicube 80	14.11.2016	9670	572016
TOTAL GENERAL = 3956543 EUR				

2. Active necorporale:

21 licențe MS Windows

21 licențe MS Office

Distribuite gratuit împreună cu echipamentele:

Software de achiziție spectroscopie de fotoelectroni SpecsLab (x 2)

Software de achiziție spectroscopie de fotoelectroni SpecsLab cu rezoluție de spin

Software de achiziție și pilotare echipament XPS Kratos Vision

Software de achiziție AES (x 2)

Software de pilotare STM Aarhus (x 2)

Software de analiză CasaXPS (2 licențe)

2.9 STRUCTURA UTILIZATORILOR

2.9.1. INFORMATII PRIVIND ACCESUL LA IIN

- descrierea tipului de acces: local, virtual (modul de reglementare al accesului, precum și modul de informare al publicului privind accesul la instalație – se vor anexa documentele, inclusiv adresa paginii web).
- politica pentru acordarea de priorități de acces al utilizatorilor/beneficiarilor.
- structura beneficiarilor / utilizatorilor

Tipul de acces implică realizarea efectivă de experimente în comun. Se acordă prioritate contractelor economice, apoi proiectelor în curs. În Anexa 1 se prezintă regulamentul de accesare al IIN. Acesta este disponibil și la pagina de web http://www.infim.ro/surface-science/Regulament_acces_IIN.pdf. Structura beneficiarilor este formată din unități de cercetare-dezvoltare naționale (Universități și INCD), unități

de cercetare-dezvoltare din străinătate, operatori economici, conform tabelelor de mai jos.

2.9.2 LISTA UTILIZATORILOR (SE DETALIAZA)

LA NIVEL INTERNATIONAL				LA NIVEL NATIONAL				TOTAL ORE (x 1000)		NR. MEDIU ORE / UTILIZATOR	
OP. ECONOMIC		UCD		OP. ECONOMIC		UCD		R	P	R	P
R 2017	P 2018	R 2017	P 2018	R 2017	P 2018	R 2017	P 2018	R 2017	P 2018	R 2017	P 2018
1	2	79	80	2	5	30	35	8	9	71	74

unde: P – valoare planificata 2017
R – valoare realizata 2018

Operatori economici, nivel internațional:

Rigetti & Co Inc, 775 Heinz Ave, Berkeley, CA 94710 USA

UCD, nivel internațional:

Europa:

Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones, Científicas, ICMAB-CSIC, Campus UAB, 08193 Bellaterra, Spain

Univ Barcelona, Dept Fis Aplicada, C Marti & Franques 1, E-08028 Barcelona, Catalonia, Spain

Univ Barcelona, IN2UB, Inst Nanosci & Nanotechnol, Catalonia, Spain

Departament de Farmacologia i Química Terapèutica, Universitat de Barcelona, Av. Joan XXIII, 08028, Barcelona, Spain

Departamento de Química, Universidad Autónoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain

CSIC, Inst Opt, C Serrano 121, E-28006 Madrid, Spain

CSIC, Inst Ceram & Vidrio, E-28049 Madrid, Spain

Univ Basque Country, Dept Fis Mat, CFM, MPC, San Sebastian 20080, Spain

Ctr Mixto CSIC UPV EHU, San Sebastian 20080, Spain

Univ Basque Country, UPV EHU, Fac Sci & Technol, Dept Appl Phys 2, Apdo 644, Bilbao 48080, Spain

Univ Basque Country, Dept Fis Mat, E-20018 Donostia San Sebastian, Spain

Donostia Int Phys Ctr, P Manuel de Lardizabal 4, San Sebastian 20018, Basque Country, Spain

Univ Politecn Valencia, CSIC, Inst Tecnol Quim, Ave Naranjos S-N, E-46022 Valencia, Spain

Univ Cologne, Inst Inorgan Chem, Greinstr 6, D-50939 Cologne, Germany

Univ Wurzburg, Rontgen Ctr Complex Mat Syst RCCM, D-97074 Wurzburg, Germany

Univ Wurzburg, Phys Inst, D-97074 Wurzburg, Germany

Univ Wurzburg, Inst Theoret Phys & Astrophys, D-97074 Wurzburg, Germany

Max Planck Inst Mikrostrukturphys, Weinberg 2, D-06120 Halle, Germany

Martin Luther Univ Halle Wittenberg, Inst Phys, D-06099 Halle, Saale, Germany

Max Planck Inst Microstruct Phys, D-06120 Halle, Saale, Germany

Max Planck Inst Solid State Res, D-70569 Stuttgart, Germany

Max Planck Inst Festkorperforsch, Heisenbergstr 1, D-70569 Stuttgart, Germany

KIT, Engesserstr 13, D-76131 Karlsruhe, Germany

Empa, Lab High Performance Ceram, Uberlandstr 129, Dubendorf, Switzerland

ETH, Wolfgang Pauli Str, CH-8093 Zurich, Switzerland

Paul Scherrer Inst, CH-5232 Villigen, Switzerland

Paul Scherrer Inst, Swiss Light Source, CH-5232 Villigen, Switzerland

Paul Scherrer Inst, Lab Muon Spin Spect, CH-5232 Villigen, Switzerland

ETH Honggerberg, Lab Festkorperphys, CH-8093 Zurich, Switzerland

Institute of Chemical and Bioengineering, Department of Chemistry and Applied Biosciences, ETH Zurich, Switzerland

Univ Zurich, Dept Phys, Winterthurerstr 190, CH-8052 Zurich, Switzerland

Swiss Fed Inst Technol, Adv Power Semicond Lab, Phys Str 3, CH-8092 Zurich, Switzerland

Ecole Polytech Fed Lausanne, Inst Phys, CH-1015 Lausanne, Switzerland

CNR IOM Democritos Natl Simulat Ctr, Via Bonomea 265, I-34136 Trieste, Italy

Univ Trieste, Phys Dept, Via Valerio 2, I-34127 Trieste, Italy

Int Sch Adv Studies SISSA, Via Bonomea 265, I-34136 Trieste, Italy

Elettra Sincrotrone Trieste SCpA, Str Statale 14 Km 163-5, I-34149 Trieste, Italy

IOM CNR, Lab TASC, AREA Sci Pk,SS 14 Km 163-5, I-34149 Trieste, Italy

Kings Coll London, Phys Dept, London WC2R 2LS, England

Queen Mary Univ London, Sch Engn & Mat Sci, Mile End Rd, London E1 4NS, England

Queen Mary Univ London, Mat Res Inst, Mile End Rd, London E1 4NS, England

Queen Mary Univ London, Sch Biol & Chem Sci, Mile End Rd, London E1 4NS, England

Inst Sci Analyt & Physicochim Environm & Mat IPRE, UMR 5254, F-64053 Pau, France

Univ Paris Saclay, CEA Saclay, CEA, SPEC,CNRS, F-91191 Gif Sur Yvette, France

Univ Lisbon, CQE, IST, Lisbon, Portugal

Univ Aveiro, Dept Mat & Ceram Engn, Ctr Res Ceram & Composite Mat CICECO, Aveiro, Portugal

Univ Coll Cork, Dept Chem, Coll Rd, Cork, Ireland

Trinity Coll Dublin, Coll Green, Adv Mat & BioEngn Res AMBER, Dublin 2, Ireland

Aristotle Univ Thessaloniki, Dept Chem, GR-54124 Thessaloniki, Greece

CERTH, Chem Proc & Energy Resources Inst, GR-57001 Thessaloniki, Greece

Tomsk State Univ, Pr Lenina 36, Tomsk 634050, Russia

St Petersburg State Univ, St Petersburg 198504, Russia

Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, SUPA, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland

Tech Univ Denmark, Dept Micro & Nanotechnol, Bldg 345B, DK-2800 Lyngby, Denmark

Univ Amsterdam, Van der Waals Zeeman Insitute, Sci Pk 904, NL-1098 XH Amsterdam, Netherlands

Lodz Univ Technol, Inst Mat Sci & Engn, PL-90924 Lodz, Poland

Bulgarian Acad Sci, Inst Catalysis, Acad G Bonchev St,BI 11, BU-1113 Sofia, Bulgaria

Johannes Kepler Univ Linz, Inst Theoret Phys, A-4040 Linz, Austria

America:

MIT, Francis Bitter Magnet Lab, 77 Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139 USA

MIT, Dept Phys, Cambridge, MA 02139 USA

Penn State Univ, Dept Phys, 104 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA

Princeton Univ, Dept Phys, Lab Topol Quantum Matter & Spect B7, Princeton, NJ 08544 USA

Princeton Univ, Dept Phys, Lab Topol Quantum Matter & Spect B7, Princeton, NJ 08544 USA

Univ Missouri, Dept Phys & Astron, Columbia, MO 65211 USA

Northeastern Univ, Dept Phys, Boston, MA 02115 USA

Stanford Univ, Stanford, CA 94305 USA

Asia:

Peking Univ, Sch Phys, Int Ctr Quantum Mat, Beijing, Peoples R China

Collaborat Innovat Ctr Quantum Matter, Beijing 100871, Peoples R China

Tsinghua Univ, Dept Chem Engn, Beijing Key Lab Green Chem React Engn, Beijing 100084, Peoples R China

Chinese Acad Sci, Inst Coal Chem, Key Lab Carbon Mat, 27 Taoyuan South Rd, Taiyuan 030001, Peoples R China

Natl Sun Yat Sen Univ, Dept Phys, Kaohsiung 804, Taiwan

Natl Tsing Hua Univ, Dept Phys, Hsinchu 30013, Taiwan

Natl Cheng Kung Univ, Dept Phys, Tainan 701, Taiwan

Acad Sinica, Inst Phys, Taipei 11529, Taiwan

Natl Univ Singapore, Ctr Adv Mat 2D, 6 Sci Dr 2, Singapore 117546, Singapore

Natl Univ Singapore, Graphene Res Ctr, 6 Sci Dr 2, Singapore 117546, Singapore

Natl Univ Singapore, Dept Phys, 2 Sci Dr 3, Singapore 117542, Singapore

Madurai Kamaraj Univ, Sch Chem, Madurai 625021, Tamil Nadu, India

KAUST, Nanofabricat Core Lab, Al Khawarizmi Bldg 1 East, Level 3, Off 3417, Thuwal 239556900, Saudi Arabia

Operatori economici, nivel național:

Natl Inst Laser Plasma & Radiat Phys, 409 Atomistilor St, POB MG-36, Magurele 077125, Ilfov, Romania (contracte economice)

UCD, nivel național (excluzând INCDFM, care conține 8 echipe beneficiare):

Natl Inst Laser Plasma & Radiat Phys, 409 Atomistilor St, POB MG-36, Magurele 077125, Ilfov, Romania

Romanian Acad, Ilie Murgulescu Inst Phys Chem, 202 Spl Independentei, Bucharest 060021, Romania

Army Ctr Med Res, RO-010195 Bucharest, Romania

Natl Inst Lasers Plasma & Radiat Phys, RO-077125 Magurele, Romania

Petr Gas Univ Ploiesti, RO-100680 Ploiesti, Romania

Natl Inst Optoelect, RO-077125 Magurele, Romania

Univ Bucharest, Fac Phys, 405 Atomistilor St, Magurele 077125, Romania

Univ Bucharest, Dept Organ Chem Biochem & Catalysis, B Dul Regina Elisabeta 4-12, Bucharest 030016, Romania

Univ Bucharest, Dept Microbiol, Fac Biol, Bucharest 060101, Romania

Univ Bucharest, Res Inst, Earth Environm & Life Sci Sect, Bucharest 050107, Romania

Univ Bucharest, Dept Biochem & Mol Biol, Fac Biol, 91-95 Splaiul Independentei, Bucharest 050095, Romania

Univ Bucharest, Dept Bot Microbiol, Fac Biol, 1-3 Aleea Portocalelor, Bucharest 60101, Romania

Univ Bucharest, ICUB, Res Inst, 91-95 Splaiul Independentei, Bucharest 050095, Romania

Univ Politehn Bucuresti, Fac Appl Chem & Mat Sci, Dept Oxide Mat & Nanomat, 1-7 Gh Polizu St, Bucharest 011061, Romania

Univ Politehn Bucuresti, Ctr Microscopy Microanal & Informat Proc, 313 Splaiul Independentei, Bucharest 060042, Romania

Univ Politehn Bucuresti, Fac Mat Sci & Engrn, Bucharest 060042, Romania

Horia Hulubei Natl Inst Phys & Nucl Engrn, 30 Reactorului St, Magurele 077125, Romania

Stefan S Nicolau Inst Virol, 285 Mihai Bravu Ave, Bucharest 030304, Romania

Natl R&D Inst Text & Leather Bucharest INCDTP, 16 Lucretiu Patrascanu, Bucharest 030508, Romania

Leather & Footwear Res Inst ICPI, Natl Res & Dev Inst Text & Leather INCDTP, 93 Ion Minulescu, Bucharest 030215, Romania

Natl Inst Res & Dev Chem & Petrochem, Polymer Dept, 202 Splaiul Independentei St, Bucharest 060021, Romania

Natl Res & Dev Inst Non Ferrous & Rare Met, Bucharest, Romania

2.9.3 GRADUL DE UTILIZARE

GRAD UTILIZARE	R 2017 [%]	P 2018 [%]	OBSERVATII
TOTAL	100	100	
COMANDA INTERNA	51,8	45,0	
COMANDA UCD	45,2	50,0	
COMANDA OPERATORI ECONOMIC	3,0	5,0	

2.10 REZULTATE DIN EXPLOATARE

2.10.3 VENITURI DIN EXPLOATARE

a. realizate in 2017-**11.680,50 lei**

Venituri realizate din contracte economice:

Beneficiar	Contract nr., data	Valoare contract (lei)
INCDFLPR	918/09.05.2017	4600
INCDFLPR	3171/14.09.2017	7080,5

a. planificate a se realiza in 2018: **70.000 lei**

2.10.4 CHELTUIELI DE DEZVOLTARE DIN SURSE ATRASE⁶

a. realizate in 2017: 586.893,74 lei

Nr. crt.	Denumire	Preț (lei)
1	Echipamente de analiza pentru caracterizarea materialelor	232.645,00
2	Electrometru Keithley	44.892,75
3	Analizor electroni cu geometrie cilindrică	132.497,00
4	Evaporator cu tun de electroni	70.536,06
5	Picoampermetru cu operare flotantă	17.070,55
6	Electronică de control anelizer de electroni	89.252,38

b. planificate a se realiza in 2018: 1.000.000 lei

2.10.5 PARTENERIATE / COLABORARI INTERNATIONALE / NATIONALE

a. realizate in 2017

Colaborari nationale. Instalatia a fost implicata in urmatoarele proiecte :

Nr. crt	Proiect	Coordonator/Responsabil	Obs
1	PN II PT-PCCA 68/2014	Dr. Rodica Ghita	Coordonator
2	PN II PT-PCCA 277/2014	Dr. Adrian Manea	Coordonator
3	PN-II PT-PCCA 259/2014	Dr. Carmen Steluta Ciobanu	Coordonator
4	PN-II-PT-PCCA-2013-4-0677	Dr. George Stan	Coordonator
5	PN-II-RU-TE-2014-4-0180	Dr. George Stan	Coordonator
6	PN-II-RU-TE-2014-4-1122	Dr. Cristina Besleaga Stan	Coordonator
7	PN-III-P4-ID-PCE-2016-0552	Dr. Magdalena Lidia Ciurea	Coordonator
8	PN-III-P2-2.1-PED-2016-0273	Dr. Magdalena Lidia Ciurea	Coordonator
9	PN-III-P2-2.1-PED-2016-0206	Dr. Sorina Lazanu	Coordonator
10	PN-III-P2-2.1-PED-2016-0286	Dr. Toma Stoica	Coordonator
11	PN-II-RU-TE-2014-4-1117	Dr. Dana-Georgeta Popescu	Coordonator
12	PN-II-RU-TE-2014-4-0456	Dr. Nicoleta G. Apostol	Coordonator
13	PNII-RU-TE-2014-4-1384	Dr. Stefan Neatu	Coordonator
14	Program Nucleu INCDFM 2016-2017	Dr. Lucian Pintilie	Coordonator
15	Program Operational Competitivitate 2014-2020	Dr. Lucian Pintilie	Coordonator
16	Program Operational Competitivitate 2014-2020	Dr. Mihaela Baibarac	Coordonator
17	18-ELI / SuSciPo	Dr. Cristian M. Teodorescu	Coordonator
18	PN-III-P4-ID-PCE-2016-0692	Dr. Mihaela Florea	Coordonator
19	128PED din 03/01/2017	Dr. Ionuț Enculescu	Coordonator
20	98PED/2017	Dr. Florentina Neațu	Coordonator

Colaborari internationale. Instalatia a fost implicata in urmatoarele proiecte:

⁶ se dezvolta cheltuielile efectuate pentru întreținere, exploatare, funcționare, modernizare, inclusiv investitii realizate din alte fonduri (proiecte CD, contracte terți, exclusiv finanțare instalație din fonduri ANCS);

Nr. crt	Proiect (tip, ID.)	Coordonator/Responsabil	Obs
1	M-ERANET-3194-MASTERS	Dr. Lucian Trupina	Coordonator
2	M-ERA.NET-PhotoNanoP	Dr. Magdalena Lidia Ciurea	Coordonator
3	M.ERANET-3107-GESNAPHOTO	Dr. Toma Stoica	Coordonator
4	EEA-JRP-RO-NO-2013-1	Dr. Ioana Pintilie	Coordonator

b. planificate a se realiza in 2018

Pe lângă proiectele de mai sus, vor fi finanțate următoarele proiecte PCCDI, care vor utiliza Instalația de Interes Național.

Nr. crt	Proiect	Coordonator/Responsabil	Obs
1	PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0871	Dr. Victor Kuncser	Coordonator
2	PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0062	Dr. George E. Stan	Coordonator
3	PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0152	Dr. Cristian M. Teodorescu	Coordonator
4	PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0697	Dr. Maya Simionescu	Parteneriat
5	PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0134	Dr. Gabriel Predoi	Parteneriat
6	PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0629	Dr. Mircea Beuran	Parteneriat
7	PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0743	Dr. Ioana R. Stanciulescu	Parteneriat
8	PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0350	Dr. Ion Anghel	Parteneriat
9	PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0755	Dr. Nicu D. Scărișoreanu	Parteneriat
10	PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0686	Dr. Cătălin Alexandru Lazăr	Parteneriat

Se așteaptă în curând rezultatele de la competițiile TE-2017 (Tinere Echipe), PD-2017 (Cercetare Post-Doctorală) și PCCF-2016 (Idei Complexe).

2.10.6 ARTICOLE

a. publicate in 2017⁷ (49 publicate/ acceptate, 9 trimise, vezi Anexa 2)

b. planificate a se publica in 2018: cca. 50.

2.10.7 BREVETE / CERERI DE BREVET SOLICITATE

a. realizate in 2017⁸ (3, vezi Anexa 3)

b. planificate a se realiza in 2018: cca. 10

2.11 OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE IIN

Menținerea instalației CoSMoS la Elettra va putea satisface numai 7,5–10 % din cererea de a se efectua asemenea experimente; pe termen mediu, autoritățile din România ar trebui să sprijine finanțarea unei linii de fascicul 100 % românești, care ar putea satisface spre 100 % din cererea estimată (cca. 300 zile de fascicul).

Nu în ultimul rând, faptul că se vor putea efectua experimente în timp real deschide noi oportunități de colaborare cu industria chimică, petrochimică, farmaceutică, industria auto, electrotehnică și electronică. Echipele din INCDFM și, mai general, acelea din

⁷ se prezinta in anexa lista lucrarilor publicate, autorul/autorii/revista/cotatia ISI

⁸ se prezinta in anexa lista brevetelor acordate / cererilor de brevet publicate, autorul/autorii

România care vor exploata această nouă facilitate vor putea efectua o tranziție importantă în caracterizare, de la rezultate statice (spectre, fotografii) la rezultate dinamice (filme ale diverselor evoluții). În știința materialelor, numărul echipelor capabile să furnizeze acest tip de rezultate este de numai câteva procente. Atractivitatea echipelor românești care vor utiliza radiația de sincrotron folosind, într-o primă fază, instalația CoSMoS, iar mai apoi și altele, va crește semnificativ.

Pe termen mediu, faptul că echipe românești vor începe să fie din ce în ce mai vizibile în mediile academic și industrial datorită calității rezultatelor obținute va conduce la posibilitatea atragerii de noi fonduri pentru dezvoltarea de linii de fascicul la sincrotronele europene inaugurate mai recent (Elettra 2.0 Trieste – modernizare în 2 ani, Solaris Cracovia, ALBA Barcelona, Max IV Lund) sau fonduri private pentru finanțarea de cercetări aplicative.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR IIN

DIRECTOR
ECONOMIC

NUME SI PRENUME
SEMNATURA
C.S. I Dr. Ionuț Marius
Enculescu

NUME SI PRENUME
SEMNATURA
C.S. I Dr. abil. Cristian
Mihail Teodorescu

NUME SI PRENUME
SEMNATURA
Ec. Gabriela Ivănuș